

Số: 71 /TB-TTYT

Tiên Điền, ngày 31 tháng 7 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế Tiên Điền có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chạy thận nhân tạo năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá.

- Đơn vị yêu cầu: Trung tâm Y tế Tiên Điền.
- Thông tin người liên hệ chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Ông: Lương Văn Luân, Trưởng khoa Dược-TTB-VTYT, SĐT: 0389912891,
email: dsluanbvnx@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Bản giấy gửi về Văn thư, Trung tâm Y tế Tiên Điền, Số 68, Nguyễn Du, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh.
 - Nhận trực tiếp tại Khoa Dược-TTB-VTYT, Trung tâm Y tế Tiên Điền, số 68 Nguyễn Du, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh.
 - Bản mềm bằng file PDF xin gửi qua email: dsluanbvnx@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h ngày 01/8/2025 đến trước 17h ngày 10/8/2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời gian hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 10/8/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chạy thận nhân tạo năm 2025 (Sử dụng 24 tháng) : (phụ lục kèm theo).
- Địa điểm cung cấp hàng hóa: Trung tâm Y tế Tiên Điền, số 68 đường Nguyễn Du, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh.
- Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của Trung tâm Y tế Tiên Điền.
- Dự kiến về điều khoản thanh toán:
Tạm ứng: không.
Thời hạn thanh toán: trong vòng 90 ngày sau khi nhận được đầy đủ chứng từ thanh toán.
- Hồ sơ báo giá bao gồm:

a. Báo giá theo mẫu phụ lục đính kèm thông báo này.

Ghi chú: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế báo giá (bản giấy hoặc file mềm gửi trực tiếp về địa chỉ của đơn vị hoặc email quy định tại khoản 3 mục I - Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá).

(Thông báo này thay thế thông báo số 62/TB-TTYT ngày 28/7/2025 của TTYT Tiên Điền)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban giám đốc;
- Phòng TC-KT;
- Lưu: VT, KD, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Lê Viết Hùng

Phụ lục Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá

(Kèm theo thông báo số 34/TB-TTYT ngày 31/7/2025 của Trung tâm Y tế Tiên Điền)

STT	Tên hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng	Số lượng mua thêm
1	Quả lọc thận nhân tạo	- Hệ số siêu lọc: ≥ 13 ml/h x mmHg - Độ thanh thải (lưu lượng máu ≥ 300 mL/min): + Ure : ≥ 243 + Creatinine: ≥ 215 + Phosphate: ≥ 175 + Vitamin B12: ≥ 100 - Diện tích màng: 1,3 m² đến 1,4 m² - Thể tích môi: ≥ 78 - Chất liệu màng: Polysulfone (hoặc tương đương) - Chất liệu vỏ: Polycarbonate (hoặc tương đương) - Chất liệu dầu quả lọc: Polyurethane (hoặc tương đương) - Tiệt trùng - Xuất xứ từ các nước G7 hoặc EU - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE.	Quả	2.200	660
2	Bộ dây lọc máu thận nhân tạo	- Bộ dây bao gồm: Dây động mạch, dây tĩnh mạch, 1 transducer - Dây máu làm từ nhựa y tế mềm PVC, không chứa Latex và DEHP - Tiệt trùng bằng EO - Dây động mạch: Buồng đếm giọt: (dài ≥ 130mm); Ống dây chính dài : ≥ 800mm. - Dây tĩnh mạch: Buồng đếm giọt: (dài ≥ 130mm); Ống dây chính dài : ≥ 400mm. - Lưu lượng dẫn máu: $163 \pm 10\%$ml - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE.	Bộ	2.200	660
3	Kim chạy thận nhân tạo	- Cánh xoay hoặc cố định - Kích thước 16G - chiều dài kim 25mm, ống dài 300mm. - Khóa Luer female - Đoạn ống được làm bằng nhựa y tế, không ảnh hưởng đến sức khỏe - Tiệt trùng bằng EO - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE.	Cái	28.000	8.400
4	Catheter thận nhân tạo	Bộ Catheter thận nhân tạo gồm: Catheter thẳng chất liệu polyurethane nhạy nhiệt, Kích cỡ 12Fr x 20cm, dây dẫn đường phủ nitinol đầu chữ J 0.035" x 60 cm, 2 ống nóng 10Fr và 12Fr, kim chữ Y 18G x 7cm, dao mổ, xi lanh 5 ml, băng dán y tế 10 x 12 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE.	Bộ	40	12



5	Gạc thận nhân tạo	Kích cỡ: 3,5cm x 4,5cm x 80 lớp Sản xuất từ gạc hút nước 100% cotton có độ thấm hút cao, Sợi săn chắc, đồng đều, trắng, mịn, mềm mại. Tiệt trùng bằng EO Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE.	Cái	28.000	8.400
6	Acid Citric	Thành phần: Acid Citric hàm lượng: $\geq 99\%$. Dùng trong chạy thận nhân tạo	Kg	280	84
7	Muối viên tinh khiết	- Muối dạng viên, khô, không mùi, màu trắng. Muối tinh khiết dùng tái sinh thiết bị lọc nước. Thành phần: muối hàm lượng: $\geq 99\%$	Kg	2.800	840
8	Que thử độ cứng trong nước	Dùng để kiểm tra độ cứng của nước R.O trong chạy thận nhân tạo.	Test/Que	900	270
9	Que thử tồn dư clo (Que thử nồng độ Chlorine)	Để đo nồng độ clo (chloramines/clo tự do) trong nước cấp chạy thận nhân tạo hoặc đo nồng độ clo tồn dư trong dung dịch đã sử dụng để súc rửa đường ống.	Test/Que	2.800	840
10	Que thử nồng độ Acid Peracetic	Dùng để kiểm tra nồng độ của axit peracetic trong dung dịch sát khuẩn quả lọc	Test/Que	10.000	3.000
11	Que thử tồn dư Peroxide	Dùng để kiểm tra nồng độ của peroxide còn tồn dư trong đường dịch thẩm phân hoặc quả lọc sau khi khử khuẩn.	Test/Que	10.000	3.000
12	Dung dịch khử trùng quả lọc	Thành phần ít nhất gồm có : Peracetic acid, Hydrogen peroxide, Acetic acid. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.	Lít	280	84
13	Dung dịch khử trùng máy lọc thận	Thành phần có chứa: Axit Citric 50%, sử dụng trên máy chạy thận nhân tạo Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.	Lít	560	168
14	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc A (acid)	Thành phần trong 1.000 ml dung dịch có chứa: - Natri clorid: 210,68 g - Kali clorid: 5,22 g - Calci clorid.2H ₂ O: 9,00 g - Magnesi clorid.6H ₂ O: 3,56 g - Acid acetic băng: 6,31g - Glucose.H ₂ O: 38,50 g (= 35g Glucose khan) - Nước đạt tiêu chuẩn vừa đủ 1.000 ml. Quy cách: Can ≥ 10 lít. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. Sử dụng tương thích với dịch B (Bicarbonat) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.	Can	5.000	1.500
15	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc B (bicarbonate)	Thành phần trong 1.000 ml dung dịch có chứa: - Natri bicarbonat: $\geq 84,0$ g - Nước đạt tiêu chuẩn vừa đủ 1.000 ml. Quy cách: Can ≥ 10 lít. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. Sử dụng tương thích với dịch A (Acid) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.	Can	6.200	1.860
Tổng 15 khoản					

Mẫu báo giá

BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm Y tế Tiên Điền

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Tiên Điền; chúng tôi[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm như sau:

1. Báo giá như sau:

STT	Tên hàng hóa ⁽²⁾	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật/ thành phần	Ký, mã, nhãn hiệu, model,	Quy cách đóng gói	Nước sản xuất, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)	Khối lượng mua thêm	Thành tiền khối lượng mua thêm (VND)
1																	
2																	
..																	

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. 2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm. ..[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 5 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng.....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Tên hàng hóa” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.